

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計	CH-452	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書 (上腕式電子血圧計 CH-449)	<清拭方法> 本体やカフ (腕帯) がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体: 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ: 約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
2	上腕式血圧計	CH-453F	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書 (上腕式電子血圧計 CH-449)	<清拭方法> 本体やカフ (腕帯) がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体: 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ: 約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
3	上腕式血圧計	CH-550 CHUC515 CHUC615 CHUC558	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書 (上腕式電子血圧計 CH-449)	<清拭方法> 本体やカフ (腕帯) がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体: 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ: 約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
4	上腕式血圧計	CHU302	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書 (上腕式電子血圧計 CH-449)	<清拭方法> 本体やカフ (腕帯) がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体: 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ: 約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
5	上腕式血圧計	CHU501	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書 (上腕式電子血圧計 CH-449)	<清拭方法> 本体やカフ (腕帯) がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体: 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ: 約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
6	上腕式血圧計	CHUF311 CHUF312-MK CHUG330 CHUG340 CHUG360 CHUG370	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書 (上腕式電子血圧計 CH-449)	<清拭方法> 本体やカフ (腕帯) がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体: 5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ: 約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
7	上腕式血圧計	CHUA516 CHUA715 CHUA716-BK	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書（上腕式電子血圧計 CH-467 及び ハード カフ）	<清拭方法> 本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性 洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾 いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体：5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達 した方 カフ：約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
8	上腕式血圧計	CHD701	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 * 血圧測定性能はCH-463Eと同じ。	<清拭方法> 本体やダイヤルカフがひどく汚れたときは、中性 洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾 いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体：5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達 した方 カフ：約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
9	上腕式血圧計	CHUH533 CHUH719 CHUH904C CHUH908AA	ISO 81060-2: 2013 Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type 血圧測定性能試験報告書（上腕式電子血圧計 CH-467 及び ハード カフ）	<清拭方法> 本体やカフがひどく汚れたときは、中性洗剤をし みこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で 拭いてください。 <耐用期間> 本体：5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達 した方 カフ：約2,000回 [1日6回（朝夜各3回）の測定で 約1年]	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
10	上腕式血圧計	CHU703	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62 * 血圧測定性能はCH-461Cと同じ。	<清拭方法> 本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体：5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ：約2,000回	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部
11	自動電子血圧計	CH-463E（上腕） CH-461C（上腕） * 両モデルとも販売終了	Validation of two blood pressure measurement devices according to the European Society of Hypertension International Protocol : the Citizen CH-463E and the Citizen CH-461C. [Journal Article] Blood Pressure Monitoring 2010 : 15(3):158-62	<清拭方法> 本体やカフ（腕帯）がひどく汚れたときは、中性洗剤をしみこませた布で汚れをよく拭き取り、乾いた布で拭いてください。 <耐用期間> 本体：5年もしくは最大30,000回のいずれか早く達した方 カフ：1日4回（朝夕各2回）の測定で、約1年半	ヘルスケア事業部 ヘルスケア開発部