

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7004 (同等性機種型番： HEM-7130)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
2	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7204T (同等性機種型番： HEM-7320F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
3	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-761AT2 (同等性機種型番： HEM-7500F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
4	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7711T2 (同等性機種型番： HEM-7500F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
5	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7608T2 (同等性機種型番： HEM-7600T、 Omron EVOLV)	Modified protocol based on AAMI/ESH/BHS ●Jirar Topouchian, Zoya Hakobyan, Jennifer Asmar, Svetlana Gurgonian, Parounak Zelveian and Roland Asmar. Clinical accuracy of the Omron M3 Comfort® and the Omron Evolv® for self-blood pressure measurements in pregnancy and preeclampsia – validation according to the Universal Standard Protocol. <i>Vascular Health and Risk Management</i> 2018;14 189-197 ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi. Validation of Home Blood Pressure-monitoring Devices Omron EVOLV (HEM-7600T-E), HEM-9210T, and M3 Comfort (HEM-7134-E) According to European Society of Hypertension International Protocol (ESH-IP) Revision 2010. <i>J. Clin. Physiol.</i> , Vol. 49, No. 1, 2019. ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 ●Hakuo Takahashi, Kanako Saito and Yukiko Hishiki. Validation of Omron HEM-7600T, a wearable device for monitoring blood pressure, according to the American National Standards Institute/Association for the Advancement of Medical Instrumentation/International Organization for Standardization 81060-2:2013 protocol in the general population without arrhythmias. <i>Blood Press Monit.</i> 2021 Apr 1;26(2):156-159.	耐用期間 10,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
6	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HEM-7126 (同等性機種型番： HEM-7130)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
7	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7407 (同等性機種型番： HEM-7320F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
8	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7501T (同等性機種型番： HEM-7320F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
9	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7409 (同等性機種型番： HEM-7320F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
10	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7201 (同等性機種型番： HEM-7320F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
11	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7101 (同等性機種型番： HEM-7130)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
12	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7106 (同等性機種型番： HEM-7320F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
13	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HCR-7006 (同等性機種型番： HEM-7130)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
14	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HEM-7281T (同等性機種型番： HEM-7320F)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
15	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HEM-8712 (同等性機種型番： HEM-7130)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
16	上腕式血圧計 (全自動タイプ)	HCR-1801 (同等性機種型番： HEM-1026)	ISO 81060-2:2018+ Amd 1:2020 ●Hakuo Takahashi, Shingo Yamashita, Nobuki Yakura Validating the Accuracy of Omron HEM-1026 (HCR-1901T2/HCR-1902T2): Blood Pressure Monitoring Device at Home, According to the Universal Protocol Vasc Health Risk Manag. 2024 Jul 22:20:333-339.	耐用期間 5年あるいは30000回のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
17	上腕式血圧計 (全自動タイプ)	HCR-1901T2	ISO 81060-2:2018+ Amd 1:2020 ●Hakuo Takahashi, Shingo Yamashita, Nobuki Yakura Validating the Accuracy of Omron HEM-1026 (HCR-1901T2/HCR-1902T2): Blood Pressure Monitoring Device at Home, According to the Universal Protocol Vasc Health Risk Manag. 2024 Jul 22:20:333-339.	耐用期間 5年あるいは30000回のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの 清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
18	上腕式血圧計 (全自動タイプ)	HCR-1602 (HEM-1012) (同等性機種型番： HEM-1010-E)	ESH International protocol ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of home blood pressure-monitoring devices, Omron HEM-1020 and Omron i-Q132 (HEM-1010-E), according to the European Society of Hypertension International Protocol. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2011, 16:203-207	耐用期間 5年あるいは30000回のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
19	上腕式血圧計 (全自動タイプ)	HCR-1702 (同等性機種型番： HEM-1020)	ESH International protocol ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of home blood pressure-monitoring devices, Omron HEM-1020 and Omron i-Q132 (HEM-1010-E), according to the European Society of Hypertension International Protocol. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2011, 16:203-207	耐用期間 5年あるいは30000回のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
20	上腕式血圧計 (全自動タイプ)	HEM-1000 (同等性機種型番： HEM-1010-E)	ESH International protocol ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshika and Toyohiko Yokoi. Validation of home blood pressure-monitoring devices, Omron HEM-1020 and Omron i-Q132 (HEM-1010-E), according to the European Society of Hypertension International Protocol. <i>Blood Pressure Monitoring</i> 2011, 16:203-207	耐用期間 5年あるいは30000回のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみ込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	http://www.healthcare.omron.co.jp/support/