

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの清拭 方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕デジタル血圧計	DSK-1051	ESH合格	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血圧学会臨床試験精度		
2	上腕デジタル血圧計	DS-A10	ESH合格	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血圧学会臨床試験精度		
3	上腕デジタル血圧計	DS-B10	ESH合格	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血圧学会臨床試験精度		
4	上腕デジタル血圧計	DS-G10	ESH合格	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血圧学会臨床試験精度		
			ISO 81060-2合格		
			無侵襲血圧計－第2部：間欠的自動測定タイプの 臨床的妥当性確認		

	製品名	型番	試験結果に関する情報 (学術論文等)	血圧計とカフの清拭 方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
5	上腕デジタル血圧計	DS-N10	ESH合格	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血圧学会臨床試験精度		
			ISO 81060-2合格		
			無侵襲血圧計－第2部：間欠的自動測定タイプの 臨床的妥当性確認		
6	上腕デジタル血圧計	DS-S10	ESH合格	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血圧学会臨床試験精度		
			ISO 81060-2合格		
			無侵襲血圧計－第2部：間欠的自動測定タイプの 臨床的妥当性確認		
7	上腕デジタル血圧計	DS-H10	ISO 81060-2合格	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			無侵襲血圧計－第2部：間欠的自動測定タイプの 臨床的妥当性確認		
8	上腕デジタル血圧計	DS-R10	試験報告書による	血圧計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布 でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			JIS T 1115:2018 ISO81060-2、無侵襲血圧計 －第2部：間欠的自動測定タイプの臨床的妥当 性確認の試験プロトコルに準じて試験		