

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血压計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕デジタル血压計	DSK-1051	ESH合格	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血压学会臨床試験精度		
2	上腕デジタル血压計	DS-A10	ESH合格	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血压学会臨床試験精度		
3	上腕デジタル血压計	DS-B10	ESH合格	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血压学会臨床試験精度		
4	上腕デジタル血压計	DS-G10	ESH合格	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
			欧州高血压学会臨床試験精度		
			ISO 81060-2合格		
			無侵襲血压計－第2部：間欠的自動測定タイプの臨床の妥当性確認		

製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血压計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
5 上腕デジタル血压計	DS-N10	ESH合格	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
		欧州高血圧学会臨床試験精度		
		ISO 81060-2合格		
		無侵襲血压計－第2部：間欠的自動測定タイプの臨床的妥当性確認		
6 上腕デジタル血压計	DS-S10	ESH合格	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
		欧州高血圧学会臨床試験精度		
		ISO 81060-2合格		
		無侵襲血压計－第2部：間欠的自動測定タイプの臨床的妥当性確認		
7 上腕デジタル血压計	DS-H10	ISO 81060-2合格	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
		無侵襲血压計－第2部：間欠的自動測定タイプの臨床的妥当性確認		
8 上腕デジタル血压計	DS-R10	試験報告書による	血压計清拭：表面の汚れはぬるま湯や石けん水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭 カフ清拭：中性洗剤での拭き取り 耐用期間：5年あるいは30,000回（消耗品は除く）	技術部
		JIS T 1115:2018 ISO81060-2、無侵襲血压計－第2部：間欠的自動測定タイプの臨床的妥当性確認の試験プロトコルに準じて試験		