

製造会社名〔 キヤノンメドテックサプライ株式会社 〕

記入日

2025年11月25日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	医用電子血圧計	全自動血圧計 UDEX-i2	厚生労働省告示第112号（平成17年3月25日） 医用電子血圧計認証基準による	<p>【耐用期間】 本体およびカフ： 7年または250,000回のいずれか早いほう[自己認証（当社データ）による]</p> <p>【定期点検】 1年もしくは測定回数3万回毎</p> <p>【日常のメンテナンス】 本体： 「乾いたやわらかい布」か「中性洗剤に浸しよく絞った布」、または「エタノールをしみ込ませた柔らかい布」で清掃 カフカバー（腕帯布）： 「腕帯布」を本体の測定部から取り外し、新しい腕帯布もしくは洗濯済みの清潔な腕帯布に交換（腕帯布は2枚標準付属）。洗濯は水洗いまたは中性洗剤を使用して手洗い</p>	キヤノンメドテックサプライ株式会社 製品お問合せ プロダクト営業推進第一課 044-739-6786 血圧計UDEX修理専用ダイヤル 0120-66-4491