

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ 心電計付き)	HCR-7800T (同等性機種型番：HEM-7130)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshioka and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. Blood Pressure Monitoring 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
2	医用上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HBP-1300	ANSI/AAMI/ISO81060-2:2013 ●Linghui Meng, Di Zhao, Yan Pan, Wenqing Ding, Qing Wei, Hua Li, Pingjin Gao and Jie Mi. Validation of Omron HBP-1300 professional blood pressure monitor based on auscultation in children and adults. BMC Cardiovascular Disorders 2016, 16:9 BHS ●Lamaan Abbud, Diane Nzelu, Mariam Salaria, Polly Kay and Nikos A. Kametas. Validation of the Omron HBP-1300 in pregnancy for medium-arm and large-arm circumferences according to the British Hypertension Society protocol. Blood Pressure Monitoring 2018, 23:277-280	耐用年数 5年（適切な点検が行われた場合に限る） 清拭方法 本体： 表面のお手入れ 希釈した中性洗剤、50 v/v%に希釈したイソプロピルアルコールまたは76.9～81.4 v/v%に希釈したエチルアルコール（消毒用アルコール）を湿らせた柔らかい布で拭く。 ほこりの除去 本体のくぼみなどにたまつたほこりは、湿らせた綿棒などで取り除く、 カフおよびカフチューブ： 76.9～81.4 v/v%に希釈したエチルアルコールまたは70%に希釈したイソプロピルアルコールで拭く。	お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
3 医用上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HEM-907	<p>ESH International protocol ●Stefano Omboni, Isabella Riva, Alessia Giglio, Gianluca Caldara, Antonella Gropelli and Gianfranco Parati. Validation of the Omron M5-I, R5-I and HEM-907 automated blood pressure monitors in elderly individuals according to the International Protocol of the European Society of Hypertension. Blood Pressure Monitoring 2007, 12:233-242</p> <p>ESH International protocol ●Mohamed A. El Assaad, Jirar A. Topouchian, Bernadette M. Darne and Roland G. Asmar. Validation of the Omron HEM-907 device for blood pressure measurement. Blood Pressure Monitoring 2002, 7:237-241</p> <p>AAMI ●William B. White and Yusra Anis Anwar. Evaluation of the overall efficacy of the Omron office digital blood pressure HEM-907 monitor in adults. Blood Pressure Monitoring 2001, 6:107-110</p> <p>BHS ●Gregory K. Davis, Lynne M. Roberts, Geroge J. Mangos and Mark A. Brown. Comparisons of auscultatory hybrid and automated sphygmomanometers with mercury sphygmomanometry in hypertensive and normotensive pregnant women: parallel validation studies. Journal of Hypertension 2015, 33: 499-506</p>	<p>耐用年数 保守点検を行った場合、5年または3万回いずれか早く到達した方</p> <p>清拭方法 水、希釈した消毒用アルコール、または希釈した中性洗剤などを含ませてよく絞った柔らかい布で拭く。</p>	お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
4	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HEM-7130-HP (同等性機種型番：HEM-7130)	ESH International protocol revision 2010 ●Hakuo Takahashi, Masamichi Yoshioka and Toyohiko Yokoi. Validation of three automatic devices for the self-measurement of blood pressure according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010: the Omron HEM-7130, HEM-7320F, and HEM-7500F. Blood Pressure Monitoring 2015, 20:92-97	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
5	上腕式血圧計 (腕帯巻きつけタイプ)	HEM-9200T	ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 ●Hakuo Takahashi, Kanako Saito, Nobuki Yakura . Validation of Omron HEM-9200T, a home blood pressure monitoring device for the upper arm, according to the American National Standards Institute/Association for the Advancement of Medical Instrumentation/International Organization for Standardization 81060-2:2013 protocol	耐用期間 本体（カフを除く）：30,000回もしくは5年のいずれか早く到達した方 カフ：10,000回もしくは1年のいずれか早く到達した方 清拭方法 乾いた柔らかい布で拭き取る (汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみませ、よく絞ってから汚れを拭き取る)	お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
6	医用上腕式血圧計 (全自動タイプ)	HBP-9030 (同等性機種型番：HBP-9031C)	ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 ●Kanako Saito, Yukiko Hishiki and Hakuo Takahashi. Validation of the Omron HBP-9031C professional office blood pressure monitor in the general population according to the ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 protocol. Journal of Human Hypertension volume 34, pages735-738(2020)	耐用年数 6年（正規の保守点検を行った場合） 清拭方法 本体：希釈した中性洗剤、70% に希釈したエタノールまたは 50 % に希釈したイソプロピルアルコールを含ませ、固くしぼった柔らかい布で汚れをふき取る。 カフカバー：取り外して手洗いで洗濯。	お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/
7	医用上腕式血圧計 (全自動タイプ)	HBP-9031C	ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 ●Kanako Saito, Yukiko Hishiki and Hakuo Takahashi. Validation of the Omron HBP-9031C professional office blood pressure monitor in the general population according to the ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 protocol. Journal of Human Hypertension volume 34, pages735-738(2020)	耐用年数 6年（正規の保守点検を行った場合） 清拭方法 本体：希釈した中性洗剤、70% に希釈したエタノールまたは 50 % に希釈したイソプロピルアルコールを含ませ、固くしぼった柔らかい布で汚れをふき取る。 カフカバー：取り外して手洗いで洗濯。	お客様サポート http://www.healthcare.omron.co.jp/support/