

製造会社名〔 テルモ株式会社 〕

記入日

2025年12月2日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	医用電子血圧計	ES-H55 ES-H55D ES-H55DN ES-H56 ES-H56D	Blood Pressure Monitoring. Vol.8 No.5 October 2003 : 203-209. Accuracy and applicability of the Terumo ES-H55 double-cuff sphygmomanometer for hospital use. Osamu Tochikubo , Kiyoko Nishijima, Kenji Ohshige and Kazuo Kimura .	ES-H55／ES-H55D／ES-H55DN ・耐用年数 4.5年 ・カフ買い替え目安 1年  ES-H56／ES-H56D ・耐用年数 5年 ・カフ買い替え目安 1年	テルモ・コールセンター 0120-12-8195
2	医用電子血圧計	ES-H900D	試験報告書による JIS T 1115:2018 ISO81060-2、無侵襲血圧計－第2部：間欠的自動測定タイプの臨床的妥当性確認の試験プロトコルに準じて試験	・耐用測定回数 9万回 ・耐用年数 5年 ・カフ買い替え目安 1年	テルモ・コールセンター 0120-12-8195