

製造会社名〔 株式会社ユネクス 〕

記入日

2025年11月26日

	製品名	型番	試験結果に関する情報（学術論文等）	血圧計とカフの清拭方法・メンテナンス情報	掲載情報に関する連絡先
1	携帯型 心電血圧記録計	ABPMpro	<p>ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2018</p> <p>Bernhard Roth, Tomas Lucca Bothe, Andreas Patzak and Niklas Pilz</p> <p>Validation of the ABPMpro ambulatory blood pressure monitor in the general population according to AAMI/ESH/ ISO Universal Standard (ISO 81060-2:2018)</p> <p>Blood Press Monit. 2023 Apr 5;28(3):158-162</p>	<p>本体耐用年数： 5年</p> <p>カフ耐用年数（目安）： 1年または1万回の早い方</p>	<p>https://unex.co.jp/contact.html</p> <p>TEL : 052-229-0820</p>